

Code No. 02-1420

## 製品規格書

### ビスマス標準液 (Bi 100)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.4~0.6mol/L
濃度(20℃)	98.0~102.0mg/L