

Code No. 02-1426

製品規格書

ベンゼン-d6, 99.6%

NMR用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水分	0.05%以下
不純物	0.01mol%以下
重水素化率	99.6%以上
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上