

Code No. 02-1455

## 製品規格書

### 0.1w/v%ブロモクレゾールグリーン・エタノール(50)溶液

滴定用

試験項目	規格値
外観	赤黄色、澄明～わずかな微濁の液体
吸収極大波長(pH5.8)	614～618nm
吸光度(1→200, pH5.8, $\lambda$ max)	0.25～0.45
変色範囲(pH)	(黄色)3.8～5.4(青)