

Code No. 02-1456

製品規格書

0.04w/v%ブロモクレゾールグリーン溶液

pH試験用

試験項目	規格値
外観	暗緑色の液体
吸収極大波長(pH5.8)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(1→100, pH5.8, λ_{max})	実績値集積のうえ、規格化する
変色範囲(pH)	(黄色)3.8~5.4(青)