

Code No. 02-1463

製品規格書

0.04w/v%ブロモフェノールブルー溶液

pH試験用

試 験 項 目	規 格 値
外観	試験適合
吸収極大波長(pH5.0)	実績値集積のうえ、規格化する
吸光度(1→100, pH5.0, λ max)	実績値集積のうえ、規格化する
変色範囲(pH)	(黄色)3.0～4.6(青紫)