

Code No. 02-1486

製品規格書

ビーブリッヒスカーレット染色液

病理研究用

試験項目	規格値
外観	試験適合
吸収極大波長	510~520nm
吸光度(1→200, λ_{max})	0.6~0.7