

Code No. 02-1502

製品規格書

p-ブロモフルオロベンゼン-フルオロベンゼン混合標準液 (各1mg/mL メタノール溶液)

水質試験用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
実用試験	試験適合
フルオロベンゼン	0.97~1.03mg/mL
p-ブロモフルオロベンゼン	0.97~1.03mg/mL