

Code No. 02-1532

製品規格書

バリウム標準液 (Ba 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.05~0.15mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L