

Code No. 02-1658

## 製品規格書

### ほう素標準液 (B 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	5.0～6.0
濃度(20℃)	990～1010mg/L