Code No. 02-1658

製品規格書

ほう素標準液 (B 1000)

試　験　項　目	規　格　値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	5.0～6.0
濃度(20℃)	990～1010mg/L

改訂日: 2018.05.14