

Code No. 02-1871

製品規格書

10mg/mL ブラストサイジンS塩酸塩・HEPES溶液

遺伝子研究用

試験項目	規格値
外観	試験適合
pH(25°C)	実績値集積のうえ、規格化する
実用試験	試験適合
濃度	9.5~10.4mg/mL

Source:Streptomyces griseochromogenes