

Code No. 02-1891

製品規格書

臭素酸イオン標準液(BrO₃⁻- 2000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
他の陰イオン 濃度(20℃)	試験適合 1980~2020mg/L