

Code No. 02-1901

## 製品規格書

### 安息香酸標準品

定量NMR用

試験項目	規格値
外観	白色、結晶性粉末～粉末
アセトン溶状	試験適合
融点	121～125℃
乾燥減量(硫酸上)	実績値集積のうえ、規格化する
不純物(1)	試験適合
不純物(2)	試験適合
含量(qNMR)	99.0%以上