

Code No. 02-1919

## 製品規格書

### 1.3mol/L s-ブチルリチウム溶液 [シクロヘキサン-ヘキサン溶液]

有機合成用

試験項目	規格値
外観	試験適合
密度(20℃)	0.74~0.77g/mL
ブチルリチウム濃度	1.1~1.4mol/L