

Code No. 02-1921

製品規格書

1,4-BTMSB-d4標準液 (500mg/L DMSO-d6溶液)

定量NMR用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
密度(20℃)	実測値報告
不純物(NMR)	試験適合
濃度(20℃)	450.0~550.0mg/L