

Code No. 02-1935

製品規格書

ベリリウム標準液 (Be 100)

原子吸光分析用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.027~0.033mol/L
濃度(20℃)	0.096~0.104mg/mL