

Code No. 03-0031

製品規格書

酢酸カルシウム一水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色、結晶性粉末～粉末
純度 $[(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ca}\cdot\text{H}_2\text{O}]$	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	6.5～8.5
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
りん酸塩(PO4)	質量分率5ppm以下
硝酸塩(NO3)	質量分率0.003%以下
硫酸塩(SO4)	質量分率0.002%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.1%以下
カリウム(K)	質量分率0.05%以下
銅(Cu)	質量分率0.001%以下
マグネシウム(Mg)	質量分率0.05%以下
ストロンチウム(Sr)	質量分率0.05%以下
バリウム(Ba)	質量分率0.005%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率0.001%以下

JIS K 8364:2013
(*:当社追加項目)