

Code No. 03-0052

製品規格書

塩化カルシウム(水分測定用)

水分測定用

| 試験項目 | 規格値 |
|----------------|---------|
| * 外観 | 試験適合 |
| 純度 | 90.0%以上 |
| 塩基[Ca(OH)2として] | 0.5%以下 |

JIS K 8125-1994(*:当社追加項目)