

Code No. 03-0129

製品規格書

四塩化炭素

クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
水分	0.01%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
塩化物(Cl)	1ppm以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
アルデヒド	試験適合
二硫化炭素	試験適合(CS ₂ :約0.001%以下)
硫酸着色物質	試験適合
よう素消費物質	試験適合(HCHOとして約2ppm以下)
ジチゾン試験適合性	試験適合
含量(キャピラリーカラムGC)	99.5%以上