

Code No. 03-0348

製品規格書

シトラコン酸無水物

和光特級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
密度(20°C)	1.243～1.250g/mL
含量(キャピラリーカラムGC)	98.0%以上