

Code No. 03-0385

製品規格書

コルヒチン

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶性粉末～粉末
水溶状	試験適合
エタノール溶状	試験適合
比旋光度[α]D20(c=1,C2H5OH)(乾燥後)	-230~-245°
乾燥減量(105°C)	3.0%以下
クロロホルム	試験適合
コルヒセイン	試験適合
含量(HPLC)	95.0%以上