

Code No. 03-0388

製品規格書

コロジオン(5%)

和光一級

試験項目	規格値
外観	無色～わずかにうすい黄色、透明～ほとんど透明の液体
pH(25°C)	5.0～8.0
ピロキシリソ	5.0～5.5%