

Code No. 03-0733

製品規格書

1w/v%クリスタルバイオレット・酢酸溶液

非水滴定用

試験項目	規格値
外観	暗青紫色の液体
吸収極大波長	585～595nm
吸光度(1→2000, 590nm)	0.7～0.9
非水滴定適合性	試験適合