

Code No. 03-0973

製品規格書

硝酸セリウム(III)六水和物

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄色、結晶
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.01%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.1%以下
セリウム(IV)(Ce ⁴⁺)	0.1%以下
含量	98.0%以上