

Code No. 03-0994

## 製品規格書

### ジブロモクロロメタン標準液(1mg/mlメタノール溶液)

トリハロメタン測定用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
実用試験	試験適合
濃度	0.97~1.03mg/ml