

Code No. 03-1036

製品規格書

コンタミノンRN

器具洗浄用

試験項目	規格値
外観	ほとんど無色～わずかにうすい黄色、澄明の液体
密度(20℃)	1.02～1.04
蒸発残分	21～25%
pH(25℃)	6.0～8.0
実用試験	試験適合