

Code No. 03-1332

製品規格書

カルシウムイオン標準液(Ca²⁺:1,000ppm)

イオンクロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
酸濃度(HNO ₃ として)	0.018~0.022mol/L
他の陽イオン	試験適合
濃度(20°C)	0.99~1.01mg/mL