

Code No. 03-1575

製品規格書

カテコールアミン代謝物標準液

カテコールアミン代謝物分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
クレアチニン濃度	490～510mg/L
DL-4-ヒドロキシ-3-メトキシマンデル酸濃度	4.90～5.10mg/L
4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル酢酸濃度	4.90～5.10mg/L