

Code No. 03-1614

製品規格書

炭酸塩pH標準液

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
pH(25℃)	9.995～10.025