

Code No. 03-1617

製品規格書

カドミウム標準液 (Cd 1000)

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L