

Code No. 03-1618

製品規格書

コバルト標準液 (Co 1000)

試験項目	規格値
外観	うすい赤色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20°C)	990~1010mg/L