

Code No. 03-1619

製品規格書

クロム標準液 (Cr 1000)

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	990~1010mg/L