

Code No. 03-1622

製品規格書

クロム標準液 (Cr 100)

試験項目	規格値
外観	黄色澄明の液体
酸濃度(HNO ₃)	0.09~0.11 mol/L
濃度(20°C)	98.0~102.0 mg/L