

Code No. 03-1623

## 製品規格書

### 銅標準液 (Cu 100)

試験項目	規格値
外観	ほとんど無色透明の液体
酸濃度(HNO <sub>3</sub> )	0.09~0.11mol/L
濃度(20℃)	98.0~102.0mg/L