

Code No. 03-1789

製品規格書

カルシウム標準液 (Ca 100)

| 試験項目 | 規格値 |
|------------------------|----------------|
| 外観 | 無色透明の液体 |
| 酸濃度(HNO ₃) | 0.09~0.11mol/L |
| 濃度(20°C) | 98.0~102.0mg/L |