

Code No. 03-2020

製品規格書

クリスタルバイオレット標準品

高速液体クロマトグラフ用

試験項目	規格値
外観	暗黄色～暗緑色、結晶～結晶性粉末
エタノール溶状	試験適合
吸光度(2mg/l, λ max)	0.30以上
乾燥減量(105°C)	27.0～30.0%
ロイコクリスタルバイオレット 含量(HPLC)	2.0%以下 94.0%以上