

Code No. 03-2159

## 製品規格書

### グルコン酸カルシウム

局方一般試験法用(薄層クロマトグラフィー用)

試験項目	規格値
性状	白色の結晶性の粉末又は粒
確認試験	試験適合
旋光度 $[\alpha]_{D20}$	+6~+11°
pH	6.0~8.0
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 塩化物	0.071%以下
(3) 硫酸塩	0.048%以下
(4) ショ糖及び還元糖	試験適合
乾燥減量	1.0%以下
含量(乾燥後)	99.0~104.0%

本品は、日本薬局方一般試験法 試薬・試液のグルコン酸カルシウム, 薄層クロマトグラフィー用に適合しています。