

Code No. 03-2310

製品規格書

CultureSureR CHIR99021

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～うすい褐色、結晶性粉末～粉末
メタノール溶状	試験適合
含量(HPLC)	97.0%以上
エンドトキシン	0.05EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合