

Code No. 03-2339

製品規格書

CultureSure(R) 10w/v% ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール溶液

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
pH	実績値集積のうえ、規格化する
浸透圧	実績値集積のうえ、規格化する
エンドトキシン	0.5EU/ml以下
無菌試験	試験適合
マイコプラズマ試験	試験適合
濃度	9.7~10.3w/v%