

Code No. 03-2345

製品規格書

セレウリド標準液 (50 $\mu\text{g}/\text{mL}$ メタノール溶液)

食品分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
実用試験	試験適合
濃度	49.2~50.8 $\mu\text{g}/\text{mL}$