

Code No. 03-2405

製品規格書

CultureSureR DMSO

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
比重(25/25℃)	1.095~1.101
凝固点	18~20℃
屈折率20℃	1.477~1.480
紫外吸収	-
吸収曲線	試験適合
吸光度(275nm)	0.20以下
吸光度比(E285nm/E275nm)	0.65以下
吸光度比(E295nm/E275nm)	0.45以下
水分	0.2%以下
蒸発残分	0.01%以下
酸	試験適合
類縁物質	0.1%以下
エンドトキシン	0.25EU/mL未満
無菌試験	試験適合
含量	99.9%以上