

Code No. 03-2424

## 製品規格書

CultureSureR 七モリブデン酸六アンモニウム四水和物, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶性粉末
純度[(NH <sub>4</sub> ) <sub>6</sub> Mo <sub>7</sub> O <sub>24</sub> ·4H <sub>2</sub> O]	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
硝酸-硝酸アンモニウム溶液溶状	試験適合
塩化物(Cl)	質量分率0.001%以下
硝酸塩	試験適合
ひ酸塩, りん酸塩及びけい酸塩(SiO <sub>2</sub> として)	質量分率0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	質量分率0.01%以下
銅(Cu)	質量分率0.001%以下
鉛(Pb)	質量分率0.001%以下
鉄(Fe)	質量分率0.002%以下
エンドトキシン	50.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下