

Code No. 03-2425

## 製品規格書

CultureSureR 塩化コバルト(II)六水和物, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	紫みの赤色の結晶
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	3.0~6.0
硝酸塩	0.01%以下
硫酸塩(SO4)	0.01%以下
ナトリウム(Na)	0.05%以下
カリウム(K)	0.05%以下
銅(Cu)	0.001%以下
マグネシウム(Mg)	実績値集積のうえ、規格化する
カルシウム(Ca)	0.005%以下
亜鉛(Zn)	0.002%以下
鉛(Pb)	0.003%以下
マンガン(Mn)	0.005%以下
鉄(Fe)	0.005%以下
ニッケル(Ni)	0.05%以下
含量	99.0%以上
エンドトキシン	200.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下