

Code No. 03-2426

製品規格書

CultureSureR 塩化マンガン(II)四水和物、動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	うすい赤色、結晶～結晶性粉末
水溶状	試験適合
pH(50g/l, 25°C)	4.0～6.5
硫酸塩(SO4)	0.005%以下
ナトリウム(Na)	0.005%以下
カリウム(K)	0.002%以下
銅(Cu)	5ppm以下
マグネシウム(Mg)	0.005%以下
カルシウム(Ca)	0.005%以下
亜鉛(Zn)	0.001%以下
鉛(Pb)	0.001%以下
鉄(Fe)	0.001%以下
ニッケル(Ni)	0.002%以下
含量	99.0%以上
エンドトキシン	50.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下