

Code No. 03-2429

## 製品規格書

CultureSure(R) SB431542

細胞培養用

試験項目	規格値
外観	白色～わずかにうすい黄褐色、 結晶性粉末～粉末 試験適合
アセトニトリル溶状	
水分	実績値集積のうえ、規格化する
含量(HPLC)	98.0%以上
エンドトキシン	0.05EU/mg未満
マイコプラズマ試験	試験適合