

Code No. 03-2434

製品規格書

CultureSureR ピリドキシン塩酸塩, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色～微黄色の結晶性の粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
確認試験(3)	試験適合
pH	2.5～3.5
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 重金属	30ppm以下
(3) 類縁物質	試験適合
乾燥減量	0.30%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	98.0～101.0%
エンドトキシン	50.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	50CFU/g以下