

Code No. 03-2441

製品規格書

CultureSureR (+)-パントテン酸カルシウム, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
旋光度[α]D20(乾燥物換算)	+25.0~+28.5°
純度試験	-
(1) 重金属	20ppm以下
(2) 類縁物質	試験適合
(3) アルカロイド	試験適合
乾燥減量	5.0%以下
含量(HPLC)(乾燥物換算)	98.0~102.0%
エンドトキシン	50.0EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	100CFU/g以下