

Code No. 03-2449

製品規格書

クロロホルム(アミレン添加品)

GPC用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
密度(20℃)	1.480~1.495g/mL
屈折率20℃	1.444~1.448
吸光度(245nm)	1.20以下
吸光度(254nm)	0.20以下
吸光度(260nm)	0.10以下
吸光度(270nm)	0.02以下
吸光度(275~400nm)	0.01以下
GPC試験適合性	試験適合
水分	0.05%以下
不揮発物	0.001%以下
酸(HClとして)	0.001%以下
遊離塩素	試験適合(Cl:約1ppm以下)
含量(キャピラリーカラムGC)	99.7%以上
アミレン(安定剤)	100~250ppm