

Code No. 03-2460

製品規格書

CultureSureR(+)-ビオチン, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	白色の結晶又は結晶性の粉末
確認試験	試験適合
旋光度[α] _{D20} (乾燥後)	+89~+93°
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 重金属	10ppm以下
(3) ヒ素	2.8ppm以下
(4) 類縁物質	試験適合
乾燥減量	0.5%以下
強熱残分	0.1%以下
含量(乾燥後)	98.5%~101.0%
エンドトキシン	100EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	100CFU/g以下