

Code No. 03-2462

製品規格書

CultureSureRシアノコバラミン, 動物由来物フリー

細胞培養用

試験項目	規格値
性状	暗赤色の結晶又は粉末
確認試験(1)	試験適合
確認試験(2)	試験適合
確認試験(3)	試験適合
pH	4.2~7.0
純度試験	-
(1) 溶状	試験適合
(2) 類縁物質	試験適合
乾燥減量	12%以下
含量(乾燥物換算)	96.0~102.0%
エンドトキシン	100EU/g未満
マイコプラズマ試験	試験適合
生菌数試験	100CFU/g以下